

## 별표 제 2 호

## 소아응급의학 수련병원의 시설 및 장비 기준

## 1. 시설기준

## 1) 응급실 내 전용시설 기준

시설	시설기준	비고
환자 분류소	<ul style="list-style-type: none"> <li>환자 진입구와 인접하여 설치할 것</li> <li>중증도 분류에 필요한 장비와 비품을 갖출 것</li> <li>충분한 환기가 이루어지도록 할 것</li> </ul>	감염의사 환자를 위한 마스크 등 보호장구를 비치할 것
소생실	<ul style="list-style-type: none"> <li>감염 방지를 위해 손 세척이 가능할 것</li> <li>충분한 환기가 이루어지도록 할 것</li> </ul>	환자 진입구, 구급차 출입구와 인접되게 설치할 것
처치실	<ul style="list-style-type: none"> <li>감염 방지를 위해 손 세척이 가능할 것</li> <li>충분한 환기가 이루어지도록 할 것</li> </ul>	
음압격리병상	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부로부터 완전히 밀폐되고 필터링된 급기, 배기와 음압제어, 환기 가능 시설을 갖출 것</li> <li>각 병상은 1인 격리실로 설치할 것</li> <li>보호구 장비, 손 세척 가능한 전실을 갖출 것</li> <li>1병상 이상을 확보할 것</li> </ul>	
소아응급환자 진료구역	<ul style="list-style-type: none"> <li>산소투여와 흡인이 가능한 설비를 갖출 것</li> <li>감염 방지를 위해 손세척이 가능할 것</li> <li>충분한 환기가 이루어지도록 할 것</li> </ul>	병상 간 간격 1.5m 이상 확보
중환자실	<ul style="list-style-type: none"> <li>소아청소년 환자의 입원이 가능한 중환자실</li> <li>감염 방지를 위해 손 세척 가능할 것</li> <li>충분한 환기가 이루어지도록 할 것</li> </ul>	병상 간 간격 1.5m 이상 확보

## 2) 의료기관 시설기준

시설	시설기준	비고
MRI실	<ul style="list-style-type: none"> <li>신체 전 부위의 촬영이 가능할 것</li> <li>산소와 흡인 설비를 설치할 것</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24시간 운영할 것</li> <li>응급환자가 우선적으로 사용 가능할 것</li> </ul>
검사실 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>소아 환자의 초음파 검사가 가능할 것</li> <li>연령별 장비를 구비하여 소아환자의 소화기 내시경 검사가 가능할 것</li> </ul>	
혈액은행	<ul style="list-style-type: none"> <li>ABO 및 Rh Typing, 교차 시험(Cross Matching), Coomb's Test 검사가 가능할 것</li> </ul>	
주산기 시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>신생아실을 갖출 것</li> <li>분만실을 갖출 것</li> </ul>	

## 2. 장비기준

### 1) 응급실 내 소아 전용장비

장비명	개수(단위: 개)
제세동기	1
인공호흡기	1
이동 환자 감시장치	2
주입기(infusion pump)	3 병상 당 1
환자 감시장치	3 병상 당 1
부착형 흡인기	1 병상 당 1
초음파검사기	1
골강내 주사기구	1
EKG	1
Capnography	1
ENT unit	1
보온포(가온, 냉각 기능)	1
소아용 네블라이저	3

※ 소아환자를 위한 기구 및 소모품을 연령별로 확보하여야 함

### 2) 의료기관 내 확보해야 하는 장비

장비	기준
뇌압 감시장비	24시간 사용 가능하며, 응급 환자가 우선적으로 사용 가능할 것
인공심폐순환기(ECMO)	
지속적 신 대체 요법(CRRT) 장비	
인큐베이터	
비디오 후두경	
저체온 요법 장치	

